

# Pipetteservice

Reparasjon og kalibrering av alle typer pipetter  
utført iht ISO 8655 og ISO 17025



## Prisliste pipetteservice



### ENKANAL

Kode	Kalibreringstype	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
10	Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655)	315,00	380,00	455,00
11	VWR- standard kalibrering og vedlikehold	315,00	530,00	680,00
12	VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid*	380,00	600,00	735,00
13	Førkontroll ½ pris			
14	Tillegg for akkreditert kal. (ISO 17025)		55,00	

Prisene er i norske kroner (+ mva)



### MULTIKANAL, 4 OG 8 KANALER

Kode	Kalibreringstype	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
20	Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655)	675,00	835,00	1 000,00
21	VWR- standard kalibrering og vedlikehold	1 040,00	1 365,00	2 065,00
22	VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid*	1 285,00	1 635,00	2 335,00
23	Førkontroll ½ pris			
24	Tillegg for akkreditert kal. (ISO 17025)		105,00	

Prisene er i norske kroner (+ mva)



### MULTIKANAL, 12 OG 16 KANALER

Kode	Kalibreringstype	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
30	Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655)	820,00	995,00	1 145,00
31	VWR- standard kalibrering og	1 185,00	1 540,00	2 205,00
32	VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid*	1 450,00	1 775,00	2 475,00
33	Førkontroll ½ pris			
34	Tillegg for akkreditert kal. (ISO 17025)		105,00	

Prisene er i norske kroner (+ mva)



### BESKRIVELSE AV TYPE KALIBRERING:

Quick Check & vedlikehold (**Not ISO 8655):	Vedlikehold og kalibrering med 4 målinger pr.volum.
VWR-standard kalibrering og vedlikehold:	Vedlikehold og kalibrering, 10 målinger pr. volum (ISO 8655)
VWR-standard kalibrering, vedlikehold og reparasjonstid:	* Vedlikehold, kalibrering, 10 målinger pr. volum (ISO 8655) og reparasjon. (om nødvendig). Deler er ikke inkludert.
Førkontroll:	Gir deg nøyaktigheten på din pipette ved ankomst til oss. Husk å spesifisere type kontroll.
	Det utstedes eget bevis på dette resultatet.

\* Reservedeler er ikke inkludert

\*\* ISO 8655 kalibrering krever 3 volum og 10 målinger.

VWR kan levere GLP-kalibrering på forespørsel.

# Pipetteservice

## INFORMASJON OM PIPETTEN/ØNSKET TJENESTE

Fabrikat/Modell:	1	2	3	4	5
Volum, µl:					
Serienr.:					
Førkontroll:					
Kodenr. (se prisliste):					
Antall volum 1-3 (se prisliste):					
Akkreditert kal. (ISO 17025):					
Feilbeskrivelse:					
• trekker ikke opp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• drypper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• voluminnstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• tipp utkaster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## KOMMENTARER:

Det benyttes kun originale pipettespisser fra Thermo Labsystems, Eppendorf og Biohit.

Ønskes pipette(n) kalibrert med andre spisser, må disse sendes med i rikelig antall.

- Hvis det ikke er mulig å kalibrere pipetten, utføres automatisk reparasjon.
- Hvis reparasjonskostnader overstiger mer enn 50 % av en ny pipette, ønskes tilbud på en ny pipette.

## Kalibreringsintervall:

- 1/2 år
- 1 år
- 2 år

Dersom det ikke settes kryss, settes intervallet til 1/2 år.

## Dekontamineringserklæring fra kunden

Jeg bekrefter herved at det innsendte instrumentet er fri for radioaktiv, mikrobiologisk og kjemisk forurensning, og kan håndteres av VWR servicepersonell uten fare for helse og miljø

DATO:

UNDERSKRIFT:

## Skjema for innsendelse av pipetter

### PIPETTESERVICE

Avsender

KUNDENUMMER

---

FIRMANAVN:

---

AVDELING:

---

KONTAKTPERSON:

---

ADRESSE:

---

POSTNR:

STED:

---

TEL:

FAX:

---

EMAIL:

---

DATO:

---

BESTILLINGSNUMMER (KUNDENS)

---

### VWR International AS

Brynsalleen 4,  
0667 Oslo  
t +47 22 90 00 00  
info.no@vwr.com  
pipetteservice.no@vwr.com

